



Aeronautica Militare

Ufficio Generale

Centro di Responsabilità Amministrativa

3° Ufficio “Contratti Beni e Servizi EAD-TLC/DA/AV Sanità e Supporti”

CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 4

SISTEMA ANALITICO PER PARAMETRI DI COAGULAZIONE

OGGETTO DELLA FORNITURA

Nell'area plasma viene richiesto un sistema per i parametri di coagulazione ad elevata automazione in grado di eseguire in regime di routine degli esami richiesti.

I reagenti, i calibratori, i controlli e materiali di consumo offerti, dovranno essere forniti in quantità sufficienti all'esecuzione degli esami indicati nelle tabelle allegate.

I test indicati sono comprensivi di calibrazioni e controlli

Caratteristiche obbligatorie della strumentazione del lotto 4

- Strumento completamente automatico per esami di coagulazione con rivelazione ottica
- Analizzatore completamente automatico per l'esecuzione di test coagulativi, cromogenici e immunologici
- Campionamento plasmi da provetta primaria tramite rack o rotore (minimo 10 campioni a volta)
- Identificazione positiva delle provette campioni tramite bar code.
- Campionamento plasmi e reagenti con sistema a siringa.
- Velocità con profilo PT- PTT almeno 50 test ora.
- Visualizzazione e stampa delle curve di calibrazione e reazione test.
- Reagenti refrigerati a bordo
- Collegamento al sistema gestionale in uso presso il laboratorio;

TABELLA RIEPILOGATIVA TEST ANNUI PREVISTI

LOTTO 4 COAGULAZIONE		
DETERMINAZIONE	TEST/ANNO	SEDUTE/ANNO
PT/INR	2000	300
PTT	2000	300
D-Dimero	1000	300
FIBRINOGENO	1000	300